

Số: 1050 /CV-BVTWTN
V/v: Mua sắm TTBYT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 07 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc dự toán: Mua sắm vật tư, TBYT phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Thái nguyên với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: KS. Hoàng Văn Biên - Điện thoại: 0912.450.051
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Vật tư TTBYT – Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên, số 479, đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00' ngày 24 tháng 07 năm 2025 đến trước 16h00' ngày 06 tháng 08 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 07 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy điện châm	A. CHỨC NĂNG 1. Dò huyết 2. Châm cứu không kim, châm cứu bằng xung điện 3. Châm cứu xung điện từ trường 4. Thay thế massage bằng tay 5. Chức năng thể dục điện 6. Công tắc thời gian cho điều trị B. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 1. Có ≥ 5 dạng sóng xung - Sóng liên tục: Chu kỳ xung 0,5 ms. có thể điều chỉnh vô cấp (liên tục) , điện áp đỉnh ra $V_p = \geq 60V$, tại giá trị điện trở $1K\Omega$	05	Cái

		- Sóng dày đặc phân tán: Chu kỳ xung là 0,5 ms.) có thể điều chỉnh tần số từ $\leq 10 - \geq 40$ chu trình/phút. - Sóng từng hồi : có thể điều chỉnh tần số từ $\leq 10 - \geq 40$ chu trình/phút. -Sóng lẫn tần :Máy khuyếch đại tăng đến cực đại một cách đột ngột và lặp lại chu trình. có thể điều chỉnh tần số từ $\leq 10 - \geq 40$ chu trình/phút. - Sóng theo nhịp thở :Đầu tiên máy khuyếch đại tăng lên rồi đột ngột giảm nhanh đến 0, rồi nhắc lại chu trình. có thể điều chỉnh tần số từ $\leq 10 - \geq 40$ chu trình/phút. 2. Độ sai lệch đầu ra : $\leq 10\%$ 3. Cường độ của nam châm : ≥ 2000 gams 4. Điện áp cung cấp : DC 9V 5. Công suất tiêu thụ tổng cộng: $\leq 5W$ C. CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO: 1. Bút dò huyết : 01 cái 2. Điện cực (với kẹp 3,5 mm): 6 dây 3. Điện cực bằng cao su : 10 cái 4. Băng cao su:1 cuộn 5. Dán xung điện: 2 miếng 6. Bộ nguồn ngoài 9V - DC.: 01 bộ		
--	--	--	--	--

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Đ/c: số 479, đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên. Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

3. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:

- Bảng giá: Phụ lục 01;
- Tài liệu kỹ thuật có liên quan: 01 bản in hoặc 01 bản mềm lưu trong USB.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vật tư.



PGS.TS. Lê Thị Hương Lan

Handwritten signature/initials