

V/v: Mời chào giá dụng cụ PT nội soi

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 12 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm các dụng cụ phẫu thuật nội soi phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: *Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.*
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: *KS. Hoàng Văn Biên - Điện thoại: 0912.450.051*

### 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

*Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:*

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ:* Phòng Vật tư TTBYT – Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên, số 479, đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên

- *Hoặc chuyển phát tại địa chỉ:* Phòng Vật tư TTBYT – Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên, số 479, đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 05 tháng 12 năm 2023 đến trước 16h ngày 18 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Trocars cỡ 11mm, đầu sắc, bao gồm 3 phần:			
1.1	Vỏ trocar	Vỏ trocar, cỡ 11 mm, chiều dài làm việc 100 mm, có độ cân bằng tốt	1	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1.2	Nòng trocar	Nòng trocar, đầu sắc, cỡ 11 mm, chiều dài làm việc 100 mm, phần tay nắm bằng nhựa	1	Cái
1.3	Van trocar	Van trocars, dùng 1 lần	10	Cái
2	Trocars cỡ 6mm, đầu sắc, bao gồm 3 phần:			
2.1	Vỏ trocar	Vỏ trocar, cỡ 6 mm, chiều dài làm việc 100 mm, có độ cân bằng tốt	1	Cái
2.2	Nòng trocar	Nòng trocar, đầu sắc, cỡ 6 mm, chiều dài làm việc 100 mm, phần tay nắm bằng nhựa	1	Cái
2.3	Van trocar	Van trocars, dùng 1 lần	10	Cái
3	Forceps gấp, cỡ 5mm, bao gồm 3 phần:			
3.1	Vỏ ngoài, bằng kim loại	Vỏ ngoài, bằng kim loại, có bọc cách điện, có đầu nối khóa Luer để tưới rửa vệ sinh. Cỡ 5 mm, dài 36 cm	4	Cái
3.2	Hàm forceps kẹp và phẫu tích	Hàm forceps kẹp và phẫu tích, hàm dài 22 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm	1	Cái
3.3	Tay cầm	Tay cầm bằng nhựa, không khóa, có chân cầm đốt điện đơn cực	1	Cái
4	Kéo cong cỡ 5mm, bao gồm 3 phần:			
4.1	Vỏ ngoài, bằng kim loại	Vỏ ngoài, bằng kim loại, có bọc cách điện, có đầu nối khóa Luer để tưới rửa vệ sinh. Cỡ 5 mm, dài 36 cm	1	Cái
4.2	Lưỡi kéo cong có hàm hoạt động kép	Lưỡi kéo cong có hàm hoạt động kép, có răng	1	Cái

Y  
H VĨ  
NG ƯC  
NGUY

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
		cura, hàm dài 20 mm. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm		
4.3	Tay cầm	Tay cầm bằng nhựa, không khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực	1	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, số 479, đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

3. Các thông tin khác (nếu có).

- Báo giá đã bao gồm đào tạo hướng dẫn sử dụng, các loại thuế, chi phí, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, bảo hiểm, giao hàng, bàn giao nghiệm thu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HSĐT



PHÓ GIÁM ĐỐC  
BSCKII. ĐỒNG QUANG SƠN

