

Số: 1120/CV-BV

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 09 năm 2024

V/v: Mời báo giá BHYT thuộc Dự án xây dựng,
nâng cấp và cải tạo Bệnh viện TW Thái Nguyên
(giai đoạn II)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm trang thiết bị Dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện TW Thái Nguyên (giai đoạn II) với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

KS. Hoàng Văn Biên - Điện thoại: 0912450051

KS. Nguyễn Ngọc Mạnh – Điện thoại: 0795285285

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư TTBYT – Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên, số 479, đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên

- Hoặc chuyển phát tại địa chỉ: Phòng Vật tư TTBYT – Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên, số 479, đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00' ngày 30 tháng 09 năm 2024 đến trước 15h00' ngày 14 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Hệ thống nội soi tiêu hóa dạ dày và đại tràng	Mô tả cụ thể tại Phụ lục 2.1	1	Hệ thống
2	Máy siêu âm tổng quát cao cấp 2 đầu dò	Mô tả cụ thể tại Phụ lục 2.2	1	Máy
3	Máy siêu âm tim 3 đầu dò	Mô tả cụ thể tại Phụ lục 2.3	1	Máy

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, số 479, đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

3. Các thông tin khác (nếu có).

- Báo giá đã bao gồm đào tạo hướng dẫn sử dụng, các loại thuế, chi phí, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, bảo hiểm, giao hàng, bàn giao nghiệm thu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

4. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:

- Bảng giá: Mẫu số 01;

- Tài liệu kỹ thuật có liên quan: 01 bản in và 01 bản mềm lưu trong USB;

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, HSDT, Vật tư.

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
BS. CKII. HÀ TIẾN QUANG

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1120/CV – BV ngày 30 tháng 09 năm 2024)

CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ

Mẫu số 01

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số 1120/CV-BV ngày 30 tháng 09 năm 2024 của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, chúng tôi.... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các hành viên liên danh] – Mã số thuế:

Báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

ST	STT theo thư chào giá	Danh mục trang thiết bị y tế ⁽²⁾	Tên thương mại	Ký, mã, nhân hiệu, model, ⁽³⁾	Hãng sản xuất	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Đơn vị tính	Số lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)	Ghi chú
1	A.0001	Hàng hóa A													
2	A.0002	Hàng hóa B													
n		...													

1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật;

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: tối thiểu 18 ngày kể từ ngày báo giá;

3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên – số 479 đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VND

- Thanh toán: theo số lượng giao hàng thực tế hàng tháng tại Bệnh viện trong vòng 90 ngày kể từ khi giao hàng và công ty xuất trình đầy đủ các chứng từ thanh toán.

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

6. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các trang thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
- 7. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]

....., ngày.... tháng....năm.....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại trang thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của trang thiết bị y tế tương ứng với chủng loại trang thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế”.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng trang thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể xuất xứ của trang thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng trang thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng trang thiết bị y tế hoặc toàn bộ trang thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng trang thiết bị y tế hoặc toàn bộ trang thiết bị y tế. Đối với các trang thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của trang thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng trang thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng trang thiết bị y tế bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND).

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1120/CV – BV ngày 30 tháng 09 năm 2024)

1. Hệ thống nội soi tiêu hoá dạ dày và đại tràng

➤ Yêu cầu chung

- Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau.
- Chất lượng máy: Mới 100%
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.
- Nguồn điện: AC 220V/50Hz
- Môi trường làm việc:
 - + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ} \text{C}$
 - + Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$

➤ Yêu cầu cấu hình.

1. Bộ xử lý hình ảnh nội soi kèm nguồn sáng có tính năng chẩn đoán ung thư sớm: 01 bộ
2. Ống nội soi dạ dày video có tính năng chẩn đoán ung thư sớm: 01 cái.
3. Ống nội soi Mật tụy ngược dòng: 01 cái
4. Ống nội soi đại tràng video có tính năng chẩn đoán ung thư sớm: 01 cái
 - + Bộ kiểm tra rò rỉ: 01 bộ
 - + Bình nước cho ống nội soi dạ dày: 01 cái
 - + Bình nước cho ống nội soi đại tràng: 01 cái
5. Bộ dụng cụ làm can thiệp trong nội soi: 01 bộ
6. Máy cắt đốt dùng trong nội soi: 01 cái
7. Máy bơm tưới rửa trong nội soi: 01 cái
8. Màn hình màu nội soi: 01 cái
9. Bơm hút dịch: 01 cái
10. Hệ thống trả kết quả: 01 hệ thống bao gồm máy tính + máy in màu. Máy có khả năng tự xuất hình sang máy tính.
11. Xe đẩy máy: 01 cái
12. UPS: 01 cái.

2. Máy siêu âm tổng quát cao cấp 2 đầu dò

➤ Yêu cầu chung

- Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau.
- Chất lượng máy: Mới 100%
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.
- Nguồn điện: AC 220V/50Hz
- Môi trường làm việc:
 - + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ} \text{C}$
 - + Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$

➤ Yêu cầu cấu hình.

1. Máy chính: 01 bộ.
 - Màn hình: 01 chiếc.
 - Màn hình điều khiển: 01 chiếc
2. Đầu dò Conver: 01 cái
3. Đầu dò Linear: 01 cái
 - + Gel siêu âm, mua trong nước: 05 lít
 - + Phần mềm DICOM dùng cho Siêu âm kết nối nhận và truyền tải thông tin, hình ảnh với Hệ thống HIS và hệ thống PACS: 01 bộ
4. Bộ máy tính kết nối máy in màu: 01 bộ
5. Máy in đen trắng: 01 bộ

6. Máy in màu: 01 bộ

7. Bộ lưu điện: 01 bộ

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ

3. Máy siêu âm tim 3 đầu dò

➤ Yêu cầu chung.

- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau

- Đạt tiêu chuẩn về quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương

- Nguồn cung cấp: 220V/50Hz

- Yêu cầu điều kiện môi trường hoạt động:

+ Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$

+ Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$

➤ Yêu cầu về cấu hình.

1. Máy chính: 01 máy

2. Màn hình hiển thị: 01 cái

3. Màn hình điều khiển: 01 cái

- Cánh tay xoay màn hình: 01 cái

4. Đầu dò Linear: 01 cái

5. Đầu dò Convex: 01 cái

6. Đầu dò tim: 01 cái

- Gói phần mềm siêu âm lâm sàng bao gồm: bụng, tổng quát, mô mềm, mạch máu, cơ xương khớp, sản phụ khoa, tim thai nhi, tiết niệu, tim người lớn, tim nhi, doppler xuyên sọ TCD: 01 gói mềm