

Số: 938/TM-BVTWTN

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 8 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ mua sắm 02 máy khí nén với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá


- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
 - Nhận trực tiếp tại: Bộ phận văn thư, Tổ sửa chữa - Phòng vật tư Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
 - Nhận qua Email: Phongvattutwn@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 21 tháng 8 năm 2024 đến trước 17h ngày 6 tháng 9 năm 2024
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.
- Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:
 - Biên bản khảo sát tình trạng thiết bị y tế cần sửa chữa (nếu có)
 - Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện dịch vụ trang thiết bị y tế (nếu có)
 - Giấy xác nhận ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (nếu có)
 - Hợp đồng, hóa đơn sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các TBYT có tính chất tương đương (nếu có)

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ
1	Máy nén khí	Máy nén khí: Trục vít ngâm dầu Đầu nén đơn cấp Công suất: $\geq 22\text{KW}-30\text{HP}$ Điện áp: 380V/50Hz Cấp bảo vệ động cơ điện: Class F hoặc tương đương Lưu lượng: $\geq 3,5\text{m}^3/\text{phút}$ Áp suất làm việc: $\geq 8\text{ Bar}$ Chuyển động: trực tiếp-khớp nối Kiểu làm mát: Bằng khí Vỏ bảo vệ: lớp cách âm chống ồn Trọng lượng: $\geq 450\text{kg}$ Kích thước: khoảng 1300x850x1220mm	2	Máy	Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên Số 479 – Đường Lương Ngọc Quyển – TP Thái Nguyên

2	Phụ kiện lắp đặt	Ống đồng D35	20	Mét
		Khớp nối mềm D35	2	Cái
		Van chặn D35	6	Cái
		Dây cáp điện: $\geq 4 \times 10 \text{mm}$	30	Mét
		Tủ điện kiểm soát hai máy	1	Bộ
		Nhân công lắp đặt vận chuyển và các vật tư phụ	1	Gói

Xin trân trọng cảm ơn!



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKIL. ĐÔNG QUANG SƠN