

Số: 257/TM-BVTWTN

Thái Nguyên, ngày 7 tháng 3 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp mới hệ thống làm nước RO với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Hoàng Thị Ngọc Lan – SĐT: 0904.207.555
 - Nhận trực tiếp tại: Bộ phận văn thư, Tổ sửa chữa - Phòng vật tư Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
 - Nhận qua Email: Phongvattutwtn@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 10 tháng 3 năm 2025 đến trước 16h ngày 21 tháng 3 năm 2025
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.
- hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:
 - Biên bản khảo sát tình trạng thiết bị y tế cần sửa chữa (nếu có)
 - Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện dịch vụ kinh doanh thiết bị y tế
 - Giấy xác nhận ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (nếu có)
 - Hợp đồng, hóa đơn sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các TBYT có tính chất tương đương (nếu có)

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ
1	Mua mới hệ thống làm nước RO	Yêu cầu: <ul style="list-style-type: none">Năm sản xuất: từ 2025 trở điMới 100%Nguồn cung cấp: 220/380V, 50HZ, 3 pha			Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên Số 479 – Đường Lương Ngọc Quyến – TP Thái Nguyên
		Yêu cầu cấu hình: <ul style="list-style-type: none">Máy lọc nước RO: công suất ≥ 500 lít/giờ	1	Máy	
		- Hệ tiền lọc bao gồm:			
		+ Bơm cấp nước nguồn, công suất $\geq 0,7$ KW	1	Chiếc	
		+ Cột lọc đa cấp chứa vật liệu khử sắt, mangan	1	Bộ	

+ Cột lọc cacbon chứa than hoạt tính khử Clo dư, các chất hữu cơ	2	Bộ
+ Cột làm mềm chứa hạt trao đổi ion	1	Bộ
- Bồn inox ≥ 304 chứa nước làm mềm	1	Chiếc
- Cốc lọc Inox chứa ≥ 03 lõi lọc $\leq 5\text{mcr} - \geq 20\text{inch}$	1	Bộ
- Hệ thống máy chính sản xuất nước RO, khung giá RO, bơm phân phối, tủ điện bằng vật liệu inox ≥ 304	1	Bộ
- Bồn chứa nước RO inox vi sinh dung tích ≥ 500 lít	1	Cái
- Bơm phân phối nước RO ra máy thận	1	Chiếc
- Thiết bị đèn UV khử vi sinh	1	Bộ
- Phin lọc $\leq 0,2\text{mcr}$	1	Bộ
- Ống phụ kiện van để lắp ráp hệ thống nước RO	1	Bộ
- Ống, phụ kiện và van cấp nước RO từ hệ thống RO tới các máy thận, ống và phụ kiện PVC gom nước thải từ máy thận nhân tạo	1	Hệ thống



Xin trân trọng cảm ơn!



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSKII. ĐỒNG QUANG SƠN