

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc dự toán: Mua sắm Bộ phổi nhân tạo có tích hợp phin lọc phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - BSKII. Vũ Mạnh Cường, Trưởng phòng Vật tư TBYT (0912. 454552)
 - CN. Nguyễn Kim Cương - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế (0983.907555)
 - Số điện thoại phòng VT: 0280.3903.007
 - Email: phongvattutwn@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Vật tư – TTBYT, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, số 479, Đ. Lương Ngọc Quyến, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 2/04/2025 đến trước 16h30 ngày 9/04/2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa: Theo phụ lục đính kèm
- Địa điểm cung cấp: Tại kho Phòng vật tư TBYT- Bệnh viện trung ương Thái Nguyên, địa chỉ: Số 479, Đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
- Thời gian bắt đầu giao hàng dự kiến: Quý II/2025.
- Hồ sơ báo giá bao gồm:

Báo giá theo phụ lục đính kèm thông báo này và các hồ sơ, tài liệu chứng minh sản phẩm chào giá: Hàng hóa báo giá cung cấp cùng pháp lý sản phẩm, kết quả trúng thầu tại cơ sở y tế (thông báo trúng thầu hoặc hợp đồng cung cấp và các tài liệu khác tương đương nếu có); Báo giá chỉ hợp lệ khi đúng yêu cầu, đầy đủ thông tin và xác nhận hợp pháp của người có ủy quyền ký báo giá.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: vật tư, HSDT, VT.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ



PHÓ GIÁM ĐỐC
PGS.TS. Lê Thị Hương Lan

PHỤ LỤC:

(Kèm theo thư Yêu cầu báo giá số: /TB-BVTWTN, ngày /04/2025)

Stt	Tên danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật và yêu cầu liên quan về kỹ thuật	Khối lượng/ Số lượng	Đơn vị tính
1	Bộ phổi nhân tạo có tích hợp phin lọc	Sử dụng trong mổ van tim Phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch phù hợp bệnh nhân Diện tích màng lọc: 1.5m ² - 2.5m ² . Phin lọc động mạch tích hợp Lưu lượng máu tối đa từ 4,0 lít/phút- 7.0 lít /phút Chất liệu Màng lọc: nhựa nhiệt dẻo polymer có độ cứng, dẻo dai Tiêu chuẩn:ISO 13485	01	Bộ
Tổng cộng 01 mặt hàng				

