

Số: 1780/TM-BVTWTN

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện và bảo dưỡng bộ điều phối CO2 trung tâm Hưng Trường Sơn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Hoàng Thị Ngọc Lan – SĐT: 0904.207.555
 - Nhận trực tiếp tại: Tổ sửa chữa - Phòng vật tư Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
 - Nhận qua Email: Phongvattutwn@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng tải đến trước 16h ngày 24 tháng 11 năm 2025
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2025
- hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:
 - Biên bản khảo sát tình trạng thiết bị y tế cần sửa chữa (nếu có)
 - Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện dịch vụ kinh doanh trang thiết bị y tế
 - Giấy xác nhận ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương
 - Hợp đồng, hóa đơn sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các TBYT có tính chất tương đương (nếu có)

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ
1	Bộ điều phối CO2 trung tâm Hưng Trường Sơn Model: HTS-C12	Chi tiết tại phụ lục 1	1	Bộ	Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên Số 479 – Đường Lương Ngọc Quyến – Tỉnh Thái Nguyên

Xin trân trọng cảm ơn!

PHÓ GIÁM ĐỐC



Đông Quang Sơn

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THIẾT BỊ YÊU CẦU SỬA CHỮA, THAY THẾ VÀ BẢO DƯỠNG BỘ
ĐIỀU PHỐI CO2 TRUNG TÂM HUNG TRƯỜNG SƠN

(Kèm theo yêu cầu báo giá: số 17.80./TM-BVTWTN, ngày 11. tháng 11. năm 2025)

TT	Nội dung yêu cầu
I	Yêu cầu chung
1.1	Chất lượng: mới 100%
1.2	Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau
II	Yêu cầu cấu hình
2.1	Thay gioăng: 1 Cái
2.2	Thay màng van: 1 Cái
2.3	Thay sensor áp lực: 1 Cái
2.4	Thay bộ van điều chỉnh áp lực đầu ra: 1 Cái
2.5	Bảo dưỡng: 1 lần
III	Yêu cầu kỹ thuật
3.1	Tương thích với bộ điều khối CO2 trung tâm Hưng Trường Sơn , Model: HTS-C12
IV	Yêu cầu khác
4.1	Thời gian bảo hành: ≥ 03 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng
4.2	Giao hàng, lắp đặt tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sau khi thay thế, lắp đặt hệ thống máy hoạt động bình thường
4.3	Thời gian thực hiện hợp đồng ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4.4	Cam kết cung cấp chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ), tờ khai hải quan (nếu có) hoặc cam kết cung cấp hồ sơ liên quan đến vật tư, linh kiện thay thế đáp ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.