

Số: 909 /TM-BVTWTN

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 8 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận Báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp xe cồng để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện với những nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Hà Văn Nam – Chuyên viên phòng Hành chính quản trị (SĐT 0914518007)
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Bản giấy: Gửi về Hành chính quản trị – Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 479, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.
 - Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại 0914518007 để tìm hiểu thêm thông tin.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13h30 ngày 28 tháng 8 năm 2023 đến trước 16h45 ngày 07 tháng 9 năm 2023.
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Xe cồng đẩy đa chức năng	Cấu hình: <ul style="list-style-type: none">Khung xe với 04 bánh xe: 01 bộThành chắn hai bên: 01 bộĐệm cồng bệnh nhân: 01 cáiCọc truyền: 02 cáiGiá đựng bình oxy: 01 chiếc Thông số kỹ thuật chi tiết:	5	Chiếc

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> - Xe cáng vận chuyển bệnh nhân đa năng, cho phép điều khiển phần lưng của mặt cáng. - Vật liệu: Xe cáng được làm bằng vật liệu thép không gỉ SUS 304 hoặc cao cấp hơn - Mặt cáng nằm được làm bằng thép không gỉ, chia làm 2 phần: Phần đầu nâng mặt cáng và Phần lưng. - Thành chắn được làm bằng 6 thanh inox, phần trên được làm bằng nhôm định hình, cho phép nâng lên để bảo vệ bệnh nhân khỏi ngã và gấp gọn xuống khi cần thiết, có cơ cấu khóa chốt đơn giản dễ sử dụng và thao tác. - Có khay chứa đồ đặt bên dưới cáng. - Có giá đỡ bình oxy loại nhỏ - Có đệm bằng cao su hình bán nguyệt phủ quanh cáng để bảo vệ cáng và giúp hạn chế va đập trong quá trình di chuyển. - Tấm đệm bệnh nhân được làm bằng vật liệu mút (tương đương hoặc cao cấp hơn), vỏ đệm được bọc da, độ dày đệm: 100 mm - Chiều dài cáng: 1.900 mm - Chiều rộng cáng: 750mm - Góc nâng phần lưng: từ 0 đến 65° (±50) bằng thanh răng - Chiều cao xe cáng: 640 mm - 03 bánh xe có khóa hãm, bánh xe còn lại giúp điều hướng - Tải trọng tối đa: ≥ 250 kg 		



STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		- Kết cấu: + Khung mặt cáng bằng U inox kích thước: Cao 40mmx rộng 10mm có hèm cài đệm cao su hình bán nguyệt phủ quanh chống va đập. + Mặt cáng bằng inox tấm dày 0.8-1mm + Khung mặt cáng bằng inox phi 25,4mm dày 1mm + Khung xe cáng bằng inox hộp 20x40 dày 1mm + Bánh xe phi 150mm; có phanh + Cọc truyền dịch bằng inox phi 16mm và phi 19mm.		

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CNTT, HCQT *Phan*



GIÁM ĐỐC

PGS.TS. NGUYỄN CÔNG HOÀNG