

Số: 1598/YCBG-BVTWTN

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 8 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp máy khử khuẩn và làm sạch không khí.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có nhu cầu tham khảo giá thị trường để làm cơ sở xây dựng dự toán mua sắm máy khử khuẩn và làm sạch không khí phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp có năng lực và khả năng cung cấp gửi báo giá với thông tin chi tiết như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

2. Thông tin liên hệ nhận báo giá:

- Địa điểm tiếp nhận: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

- Địa chỉ: số 479, Đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

- Số điện thoại liên hệ: 0946.267.367 (Liên hệ trong giờ hành chính).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện: Bản chính Báo giá (có ký tên, đóng dấu hợp lệ của đại diện hợp pháp của đơn vị)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá

Từ 08 giờ 00' ngày 26/8/2026 đến trước 17 giờ 00 phút, ngày 03/9/2026.
Các báo giá nhận sau thời điểm này sẽ không được xem xét

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ban hành báo giá

II. DANH MỤC HÀNG HÓA, YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

III. NỘI DUNG BÁO GIÁ

Báo giá của Quý đơn vị phải bao gồm các nội dung chính sau:

1. Tên hàng hóa, ký mã hiệu/model, hãng sản xuất, xuất xứ cụ thể

2. Đơn giá, tổng giá trị bằng số và bằng chữ (đơn giá phải là giá trọn gói, đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, bảo hiểm, lắp đặt, kiểm định/chạy thử, hướng dẫn sử dụng và bảo hành tại Bệnh viện)

3. Thời gian giao hàng dự kiến và thời gian bảo hành.

4. Các tài liệu kỹ thuật đính kèm: catalogue, tài liệu mô tả thông số kỹ thuật, tài liệu chứng minh đạt tiêu chuẩn chất lượng (ISO, CO, CQ...) giấy ủy quyền hoặc văn bản đáp ứng điều kiện kinh doanh thiết bị y tế (nếu có).

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để b/c);
- Như kính gửi;
- Công thông tin điện tử BV;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hà Tiên Quang



PHỤ LỤC
Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 15/VCBG-BVTWTN ngày 25 tháng 08 năm 2026 của Bệnh viện TW Thái Nguyên

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật cốt lõi và tiêu chuẩn chất lượng	ĐVT	Số lượng
1	Máy khử khuẩn và làm sạch không khí	1. Tiêu chuẩn chung và chất lượng - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2026 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 (hoặc tương đương) 2. Tính năng và Cấu hình kỹ thuật tối thiểu - Công nghệ xử lý: Khử khuẩn không khí bằng công nghệ quang hóa PCO (Photocatalytic Oxidation) hoặc công nghệ diệt khuẩn tiên tiến không sử dụng hóa chất phóng thích độc hại, kết hợp nguồn ánh sáng diệt khuẩn bước sóng tối ưu 254 nm. - Có khả năng loại bỏ virus, vi khuẩn, nấm mốc, VOCs và các độc tố kích thích < 0,1 µm cùng các chất vô cơ dễ oxy hóa, tạo thành các chất vô hại, trả lại nguồn không khí trong sạch. - An toàn tuyệt đối cho con người: Không phát thải khí ôzôn (O₃) hoặc các chất phụ phẩm độc hại vượt ngưỡng quy định an toàn sức khỏe. - Vỏ thiết bị: Vỏ composite hoặc vật liệu cách điện/ cách nhiệt độ bền cao - Nguồn điện sử dụng: 100 - 240V. - Công suất tiêu thụ tối đa: ≤ 80 W. - Dòng điện: 1,0 A. - Tần số: 50/60 Hz. - Độ ồn khi vận hành: ≤ 42 dB. - Trọng lượng: ≤ 10 kg. 3. Yêu cầu dịch vụ kèm theo - Thời gian bảo hành tối thiểu: 12 tháng. - Cung cấp trọn gói bao gồm vận chuyển, lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn	Máy	07

		vận hành tại nơi sử dụng - Cam kết - Cam kết cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO), chất lượng (CQ), tờ khai hải quan (nếu là hàng nhập khẩu) và dịch vụ kỹ thuật khi giao hàng.	
--	--	---	---